

FILTRI A SIRINGA ABLUO®

Cod. 05.8686.99

Filtri per siringa sterili Ø 25 mm porosità 0,2 µm conf. 50



Descrizione

I filtri a siringa ABLUO® 33 mm hanno una resa e velocità di preparazione dei campioni migliorate.

- Volume dei liquidi trattenuti inferiore grazie a una progettazione migliore del canale di flusso e a una spaziatura inferiore tra i supporti all'interno dell'involucro per una migliore gestione di piccoli volumi di campioni o campioni costosi.
- Pressione operativa fino a 75 psi grazie al sovrastampaggio che evita perdite di campioni dai punti della saldatura e che l'unità filtro esplode.
- Controllo qualità accurato: L'integrità dei filtri siringa viene testata per garantire una tenuta della saldatura adeguata per eliminare qualsiasi possibile perdita del filtro.
- Etichettatura accurata: Ogni filtro viene etichettato con l'indicazione del materiale per filtro specifico e della dimensione dei pori per una facile identificazione anche se il filtro per siringa non è nell'imballaggio originale.
- Involucro in acrilico modificato per supportare la membrana nelle due direzioni, consentendo l'iniezione o l'aspirazione di campioni.

Applicazioni

- Filtrazione di soluzioni acquose e alcoliche.
- Filtrazione sterile e chiarificazione.
- Coltura cellulare.
- Prep. di campioni analitici, HPLC
- Cromatografia IC.
- Chiarificazione.
- Chimica proteica.
- Filtrazione di soluzioni acquose e organiche.

Dati Tecnici

Diametro (mm)

25

Porosità (µm)	0,2
Sterile	SI
Confezione (pezzi)	50 (Confezionati singolarmente)

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)
05.8686.99	FILTRI A SIRINGA ABLUO®	0,2
05.8687.99	FILTRI A SIRINGA ABLUO®	0,45
